규 격 서

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 틈새등현미경 **-모델명 HS-7000** 가. Microscope 12.5x 접안렌즈 나. Illuminarion(12vot,30watt의고휘도 발광 할로겐 램프채택) 다. Magnification control system(낮은 배율에서 높은배율까지 조절가능) 라. Yellow Filter삽입 마. Integrated Control (미세한움직임도 쉽게조절가능하며 Image장치와연결하면 모니터를 보며 이미지를바로저장) 2.주요 사양 몸체 전압- Free voltage 100-240v AC 50/60Hz 70VA 램프 -Halogen Bulb (12V30W) or LED Lamp(10V,4.4W) 동공범위 55mm~80mm 배율 6x 10x 16x 25x 40x 	4	A/S 1년

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 -품 목 : 디지털 슬릿램프 -모델명 HS-7000[LED]5M 비디오카메라 [HIS-5000] 컴퓨터 [I5.8G] 모니터 [24"] 테이블 [ET-250] - Microscope 12.5x 접안렌즈 - IIIuminarion(12vot,30watt의고휘도 발광 할로겐 램프채택) - Magnification control system(낮은 배율에서 높은배율까지 조절가능) - Yellow Filter삽입 - Integrated Control (미세한움직임도 쉽게조절가능하며 Image장치와연결하면 모니터를 보며 이미지를 바로 저장) 2.주요 사양 - 본 체 - 전압- Free voltage 100-240v AC 50/60Hz 70VA - 램프 -Halogen Bulb (12V30W) or LED Lamp(10V,4.4W) - 동공범위 55mm~80mm - 배율 6x 10x 16x 25x 40x  	1set	A/S 1년